



Secretaria de Saúde
Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico N° 2019.08.29.1

O(A) Pregoeiro(a) da(o) Secretaria de Saúde, Sr.(a) Rosilândia Ribeiro da Silva, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo N° 2019.08.29.1 que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar.

RESULTADO:

Lote 1: Conforme Anexo I - Termo de referencia do Edital..

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Locmed Hospitalar Ltda EPP.
CNPJ: 04.238.951/0001-54.
Valor Global: 107.400,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Conforme Anexo I - Termo de referencia do Edital.		107.400,000000	1,00

Lote 2: Conforme Anexo I - Termo de referencia do Edital..

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Locmed Hospitalar Ltda EPP.
CNPJ: 04.238.951/0001-54.
Valor Global: 93.900,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Conforme Anexo I - Termo de referencia do Edital.		93.900,000000	1,00

Lote 3: Conforme Anexo I - Termo de referencia do Edital..

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Locmed Hospitalar Ltda EPP.
CNPJ: 04.238.951/0001-54.
Valor Global: 84.250,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Conforme Anexo I - Termo de referencia do Edital.		84.250,000000	1,00

HORIZONTE, 1 de outubro de 2019

ASSINATURA

Rosilândia Ribeiro da Silva
PREGOEIRA
Prefeitura Municipal de Horizonte



**ANEXO AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.08.29.1-PE**

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Locação de Equipamentos médico hospitalar para uso de pacientes assistidos pelo o Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Portaria Nº 505/2019 de 05 de fevereiro de 2019, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o julgamento do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.08.29.1-PE**, declarando vencedora do certame a empresa: LOCMED HOSPITALAR LTDA, vencedora do **LOTE 1** com o valor total de R\$ 107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais), **LOTE 2** com valor total de R\$ 93.900,00 (noventa e três mil e novecentos reais) e **LOTE 3** com valor total de R\$ 84.249,60 (oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) perfazendo o valor global de R\$ 285.549,60 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), e tendo a mesma atendido a todos os requisitos do Edital, vem **ADJUDICAR**, nos autos do processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.08.29.1-PE** o Objeto Licitado em favor da empresa: LOCMED HOSPITALAR LTDA por ter a mesma apresentado a propostas mais vantajosa para esta Administração Municipal, para que produza os efeitos legais e jurídicos pertinentes, conforme itens especificados abaixo:

Lote 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
1.	Cama hospitalar manual com cabeceira e peseira em tubos redondos de 1 1/4, estrado molas nosag, ponteiros de borracha. Dim: 1,90 x 0,90 x 0,50 com grades removíveis, com colchão.	Unid	600	Santa Clara	R\$ 179,00	R\$ 107.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01						R\$ 107.400,00

Lote 2						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
1.	Oxímetro de Pulso é um dispositivo médico que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue de um paciente e a frequência cardíaca. Apresenta curva pletismográfica com controle automático de ganho e posição na tela, barra indicadora da qualidade do sinal captado e mensagens de	Unid.	120	JG Moriya	R\$ 375,00	R\$ 45.000,00



	alarme. Com os seguintes acessórios um (01) sensor e um (01) extensor.					
2.	Base de umidificação Aquecida aquece e umidifica o ar fornecido pelos dispositivos de pressão positiva das vias respiratórias para aumentar o conforto e a complacência para os pacientes. A umidificação aquecida pode auxiliar a evitar o ressecamento nasal, congestão e desconforto que algumas vezes estão associados a terapia de pressão positiva das vias respiratórias. Umidificador aquecido pode ser acoplado em qualquer modelo de CPAP, BIPAP, Auto-CPAP. De 110/220V AC automático. Com os seguintes acessórios um (01) cabo de força, uma (01) câmara de umidificação.	Unid.	60	Fischer & Paykel	R\$ 185,00	R\$ 11.100,00
3.	Aspirador de Secreção portátil, acionado por motor elétrico, isento de lubrificação, ventilação interna para evitar aquecimento, com baixo nível de ruído, controle de sucção regulável por meio de registro e vacuômetro graduado até 30 pol de hg:um Com os seguintes acessórios um (01) frasco coletor de vidro transparente, resistente, autoclavável, com 3 a 3,5 litros de capacidade; uma (01) Tampa do frasco removível, dotada de válvula de segurança antitransbordamento e uma (01) mangueira para aspiração.	Unid.	180	Oldef CZ	R\$ 210,00	R\$ 37.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02						R\$ 93.900,00

Lote 3						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
1.	BIPAP ou Bi-level Positive Airway Pressure é um compressor que infla as vias aéreas superiores de modo a minimizar Hipo-apnéia do sono. Tendo dois níveis de pressão, sendo um para a inspiração e outro para a expiração, com frequência	Unid.	60	Philips Respironics	R\$ 464,00	R\$ 27.840,00

[Handwritten signature]



	respiratória. Com os seguintes acessórios: 01 (um) filtro de espuma, traquéia, um 01 (um) cabo de força, 01 (uma) fonte 220/110v e um 01 (um) smartcard. Acompanha Nobreak.					
2.	Concentrador de Oxigênio e a terapia com oxigênio para suprir a necessidades de oxigênio para pacientes até 5 lpm. É um equipamento leve, com baixo consumo elétrico e baixo ruído. Com especificações: Requisitos Elétricos 120 V 60 HZ, Potência Média de Consumo 350W, Som 45 dBA, Peso 14 kgs, Fluxo por litro 0,5 a 5 lpm, Pressão de saída 5,5 psi sendo um(01) kit de uso pessoal.	Unid.	180	Phillips Respironics	R\$ 270,00	R\$ 48.600,00
3.	Kit de Emergência CILINDRO DE OXIGÊNIO Garrafa de ferro ou alumínio contendo oxigênio a 100%. É de fundamental importância o uso do oxigênio em todas as atividades de emergência ou urgência pré-hospitalar. Marca MATT. REGULADOR DE PRESSÃO - Equipamento que acompanha os cilindros de oxigênio que deve ser de 1º (metro cubico). Para que a quantidade desejada de oxigênio oferecido ao paciente seja levado a cabo, é necessário que a pressão do gás no interior do cilindro esteja dentro de determinado limite. Este regulador indica a necessidade de reposição de gás no recipiente. Marca Protec. FLUXÔMETRO Válvula que regula o fluxo de oxigênio oferecido por minuto ao paciente. É composto de uma torneira com um cilindro graduado em litros por minutos, dentro do qual encontra-se uma esfera cuja função é de apontar o nível desejado.	Unid.	120	MAT	R\$ 65,08	R\$ 7.809,60
VALOR TOTAL DO LOTE 03						R\$ 84.249,60