

APARECIDA DE GOIÂNIA, 20 DE AGOSTO DE 2021

A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA DE HORIZONTE

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.08.24.1 – SRP  
09H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021  
UASG 981253

**Dados da empresa:**

MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME  
CNPJ : 02.563.570/0001-15 ( 02563570000115 )  
Insc. Estadual - 103041028  
Insc. Municipal- 11007259-8  
Endereço - Av. Altino Tomé, Qd 91-A, Lt 13/15, S/N, esquina com Rua 35, Vila Brasília, Aparecida de  
Goiânia – GO, CEP : 74905790  
e-mail: [murillocardoso@medisaude.ind.br](mailto:murillocardoso@medisaude.ind.br)  
Telefone: (62) 3278-0223

**PROPOSTA COMERCIAL**

**LOTE ÚNICO – AMPLA CONCORRÊNCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	CAMA HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR MEDINDO 880 X 1950 X 550 MM, COM RODÍZIOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DE AÇO 50 X 25 X 2,65 MM, COM LEITO CONSTITUÍDO POR QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1"X1/8", REVESTIMENTO DE CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" ¼ X1,20 MM REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DE 1" ¼ X1,20MM COM SISTEMA ARTICULÁVEL REBATÍVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ENCAIXE "TRAVA E DESTRAVA". DUAS MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADOS QUE PERMITA FAZER OS MOVIMENTOS DE DORSO E FLEXÃO DE PERNAS SIMULTANEAMENTE, SENDO: * DORSO: MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DO DORSO ENTRE 30º A 60º; * FLEXÃO DE PERNAS: MOVIMENTO DE FLEXÃO DE JOELHOS ATÉ 45º; RODÍZIOS DE NO MÍNIMO DE 3" DE DIÂMETRO, SENDO 2 COM FREIO E 2 SEM FREIO EM DIAGONAL.  CAMA MARCA MEDI-SAUDE MODELO: MS-10.202 ANVISA: 80881050014 PRODUÇÃO NACIONAL	50	R\$ 2.005,20	R\$ 100.260,00
02	COLCHÃO HOSPITALAR COM ESPUMA D33 TAMANHO SOLTEIRO COM	50	R\$ 414,00	R\$ 20.700,00

E Av. Altino Tomé, QD 91-A LT 13/15,  
Vila Brasília - Aparecida de Goiânia (GO)  
CEP: 74905-790

F 62 3278-0223

@ medisaude@gmail.com

W www.medisaude.ind.br



**MEDI SAUDE**



REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, REVESTIDO EM COURVIM AZUL.  
TAMANHO: 88 X 188 X 12 CM; - SUPORTE PARA PESO ATÉ 120 KG POR  
PESSOA  
COLCHÃO  
MARCA MEDI-SAUDE  
MODELO: MS 25.004  
ANVISA: 80881050011  
PRODUÇÃO NACIONAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 120.960,00 – CENTO VINTE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

**\*\*\*CONDIÇÕES GERAIS\*\*\***

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.  
FRETE : INCLUSO  
GARANTIA : 12 MESES  
VENDEDOR (A) DA ÁREA : MURILLO CARDOSO  
FONE / FAX : (62) 3278.0223  
EMAIL : MURILLOCARDOSO@MEDISAUDE.IND.BR  
BANCO : BANCO DO BRASIL  
AGENCIA : 1452-4  
CONTA CORRENTE : 17832-2

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

A MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME. OFERECE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SEUS PRODUTOS DURANTE SUA VALIDADE EM SUA MATRIZ EM APARECIDA DE GOIÂNIA – GO PELO TELEFONE (62) 3278-0223

**DECLARAÇÕES**

OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBALAM TODOS OS TRIBUTOS, EMBALAGENS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE, SEGURO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, DE QUE TERÁ A DISPONIBILIDADE, CASO VENHA A VENCER O CERTAME, DO OBJETO LICITADO PARA REALIZAR A ENTREGA NO PRAZO PREVISTO

DECLARAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DESTA EDITAL, SEUS ANEXOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE TEM CONDIÇÕES DE ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇO A SER FIRMADA, DE QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM O TERMO DE

E Av. Altino Tomé, QD 91-A LT 13/15,  
Vila Brasília - Aparecida de Goiânia (GO)  
CEP: 74905-790

F 62 3278-0223

@ medisaude@gmail.com

W www.medisaude.ind.br

REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL), BEM COMO DE QUE MANTERÁ INTEGRALMENTE ESSA CONDIÇÃO NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

DECLARAMOS ACEITAR, IRRESTRITAMENTE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, E QUE INEXISTE QUALQUER VINCULO DE NATUREZA TÉCNICA, COMERCIAL, ECONÔMICA, FINANCEIRA OU TRABALHISTA COM O PREFEITURA DE HORIZONTE

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA, QUE INEXISTE FATO IMPEDITIVO PARA NOSSA PARTICIPAÇÃO.

DECLARAMOS QUE TODOS OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ENTREGUES SÃO NOVOS E NENHUMA DE SUAS PARTES JÁ FOI USADA OU RECONDICIONADA. *u*

DECLARAMOS QUE OS MÓVEIS SERÃO FABRICADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. *u*

GARANTIMOS QUE OS MATERIAIS SERÃO SUBSTITUÍDOS, SEM ÔNUS PARA A ENTIDADE DE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS E PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.

GARANTIMOS QUE OS MATERIAIS POSSUEM A GARANTIA DE 12 MESES. *u*



MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

CNPJ.: 02.563.570/0001-15  
RODOLFO DOS REIS ALVES  
DIRETOR  
CPF: 809.992.981-00  
RG : 3331494-4557336 SSP-GO

## CATALOGO – CAMA FAWLER 2 MANIVELAS

MODELO: MS-10.202

ANVISA: 80881050014



**Cabeceira e pesseira:** construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ x1,20 mm removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe.

**Estrutura:** de aço 50 x 25 x 2,65 mm em aço pintado

**Leito:** constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"x1/8", revestimento de chapas de aço na espessura mínima de 0,6 mm.

**Grades:** de proteção lateral em estrutura de aço carbono de 1" ¼ x1,20mm com sistema articulável rebatível com sistema de segurança de encaixe "trava e destrava".

**Acionamento/Movimentos:** duas manivelas articuláveis com rolamento blindados que permita fazer os movimentos de dorso e flexão de pernas simultaneamente, sendo: \* dorso: movimento de elevação do dorso entre 30º a 60º; \* flexão de pernas: movimento de flexão de joelhos até 45º;

**Rodízios:** 3" de diâmetro, sendo 2 com freio e 2 sem freio em diagonal.

**Capacidade:** 180 kg

**Dimensões:** 880 x 1950 x 550 mm,


**Acabamento da cama:** pintura todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado, de excelente resistência química e mecânica.

**Certificações:** • ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-52:2013 • registro/cadastro do produto na ANVISA; • teste de corrosão por exposição à névoa salina, para as partes metálicas que irão receber tratamento anti-ferruginoso, que assegure a resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

**COLCHÃO:** MARCA – MEDI-SAUDE MODELO: MS 25.004, ANVISA: 80881050011

COLCHÃO HOSPITALAR COM ESPUMA D33 TAMANHO SOLTEIRO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, REVESTIDO EM COURVIM AZUL. TAMANHO: 88 X 188 X 12 CM; - SUPORTE PARA PESO ATÉ 120 KG POR PESSOA

### IMAGEM ILUSTRATIVA



E Av. Altino Tomé, QD 91-A LT 13/15,  
Vila Brasília - Aparecida de Goiânia (GO)  
CEP: 74905-790

F 62 3278-0223  
@ medisaude@medisaude.ind.br  
W www.medisaude.ind.br



CERTIFICAÇÃO  
COMPROVADA

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ	02.563.570/0001-15
Autorização	8.08.810-5
Produto	Cama Fowler Mecânica- MEDI SAÚDE

Modelo Produto Médico
MS-10.210 - CAMA HOSPITALAR INFANTIL (BERÇO)
MS-10.200 - CAMA FOWLER 04 MANIVELAS
MS-10.201 - CAMA FOWLER 03 MANIVELAS
MS-10.202 - CAMA FOWLER 02 MANIVELAS
MS-10.203 - CAMA FOWLER 01 MANIVELA
MS-10.204 - CAMA HOSPITALAR ADULTO
MS-10.205 - CAMA PPP MECÂNICA
MS-10.206 - CAMA FOWLER INFANTIL 04 MANIVELAS (BERÇO)
MS-10.207 - CAMA FOWLER INFANTIL 03 MANIVELAS (BERÇO)
MS-10.208 - CAMA FOWLER INFANTIL 02 MANIVELAS (BERÇO)
MS-10.209 - CAMA FOWLER INFANTIL 01 MANIVELA (BERÇO)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Cama Hospitalar
Registro	80881050014
Processo	25351448852202087
Fabricante Legal	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]



Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **CNPJ** 02.563.570/0001-15

**DOU:** PORTAL **Dt.Publicação:** 28/05/2020 **Resolução:** NOTIFICA **Dt.Resolução:** 28/05/2020

NOME DA EMPRESA / CNPJ

AUTORIZAÇÃO

NOME TÉCNICO

NUMERO DO PROCESSO

NOME COMERCIAL

FABRICANTE

MODELO(s) DO PRODUTO

CLASSE

REGISTRO

PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 02.563.570/0001-15 8.08810-5

Cama Hospitalar

25351.448852/2020-87

Cama Fowler Mecânica- MEDI SAÚDE

FABRICANTE: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL

MS-10.200 - CAMA FOWLER 04 MANIVELAS&gt; MS-10.201 - CAMA FOWLER 03 MANIVELAS&gt; MS-10.202 -

CLASSE : I

80881050014

80195 - EQUIPAMENTO – Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 1595540/20-1

Consultado em 26/08/2021 11:42:14 no endereço

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351448852202087/25351448852202087/163655/>

Voltar



# CERTIFICADO

## CERTIFICATE



Certificado número *Certificate number*

QC-2003-21.01

**Requerente** *Applicant*

Medi-Saúde Produtos Médicos Hospitalares Eireli  
CNPJ: 02.563.570/0001-15  
Avenida Altino Tomé,S/N,Quadra 91a Lote 13e,Vila  
Brasília,74.905-790,Aparecida de Goiânia,GO,Brasil

**Fabricante** *Manufacturer*

Medi-Saúde Produtos Médicos Hospitalares Eireli  
CNPJ: 02.563.570/0001-15  
Avenida Altino Tomé,S/N,Quadra 91a Lote 13e,Vila  
Brasília,74.905-790,Aparecida de Goiânia,GO,Brasil

Produto Certificado <i>Certified Product</i>	Modelos <i>Models</i>	Marca <i>Mark</i>	Especificação do Produto <i>Specification of the Product</i>
Anexo A	Anexo A	Anexo A	Anexo A

**Programa de certificação ou Portaria**

*Certification program or regulation*

Nº384 de 18 de Dezembro de 2020

**Modelo de certificação**

*Certification model*

Modelo 5 (Com ensaios no produto e avaliação do sistema da qualidade)

*Model 5 (With product testing and quality management system evaluation)*

**Data do Aceite da Proposta**

*Proposal Acceptance Date*

10/03/2021

**Emissão** *Date of issue*

31/08/2021

**Validade** *Expiry date*

Indeterminado

**Normas Aplicáveis**

*Applicable Standard*

ABNT NBR IEC 60601-1:2016; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013

**Relatório de ensaio**

*Test report*

IBEC 210121 (28/05/2021) - Instituto Brasileiro de ensaios de Conformidade Ltda

**Arquivo Técnico da QC**

*QC Technical File*

QC-2003-21

**Relatório de auditoria**

*Audit report*

24/08/2021

**Lista de acessórios (Se aplicável)**

*List of accessories (If applicable)*

Porta-soro



Marcelo E. Carrenho

MARCELO ESPOSITO  
CARRENHO:22482762812

Diretor/ Director / CREA SP 5069158903


Assinado de forma digital por  
MARCELO ESPOSITO  
CARRENHO:22482762812  
Dados: 2021.08.31 11:47:49 -03'00'





# CERTIFICADO

## CERTIFICATE



### Anexo A

ANNEX A

<b>Produto Certificado</b> <i>Certified Product</i>	<b>Modelos</b> <i>Models</i>	<b>Marca</b> <i>Mark</i>	<b>Especificação do Produto</b> <i>Specification of the Product</i>
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.201	Medi-Saúde	CAMA FOWLER 03 MANIVELAS
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.200	Medi-Saúde	CAMA FOWLER 04 MANIVELAS
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.202	Medi-Saúde	CAMA FOWLER 02 MANIVELAS
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.203	Medi-Saúde	CAMA FOWLER 01 MANIVELAS
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.204	Medi-Saúde	CAMA HOSPITALAR ADULTO
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.205	Medi-Saúde	CAMA PPP MECÂNICA
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.206	Medi-Saúde	CAMA FOWLER INFANTIL 04 MANIVELAS (BERÇO)
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.207	Medi-Saúde	CAMA FOWLER INFANTIL 03 MANIVELAS (BERÇO)
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.208	Medi-Saúde	CAMA FOWLER INFANTIL 02 MANIVELAS (BERÇO)
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.209	Medi-Saúde	CAMA FOWLER INFANTIL 01 MANIVELAS (BERÇO)
Cama hospitalar mecânica	MS - 10.210	Medi-Saúde	CAMA HOSPITALAR INFANTIL (BERÇO)

### Relação de documentos

Document list

<b>Documentos</b> <i>Documents</i>	<b>Descrição dos Documentos</b> <i>Description of documents</i>	<b>Versão/ Emissão</b> <i>Version/issue</i>
Software	N/A	N/A
Manual de instrução	Manual de Instruções Operacionais – Cama Mecânica	Revisão: 01

