



**PREFEITURA DE HORIZONTE**

Secretaria de Saúde

Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 32/2022

Horizonte, 15 de Março de 2022.

À Senhora,

**Francisca Jorangela Barbosa Almeida**  
Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos LTDA, referentes aos lotes 02, 03 e 07, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, constam itens que não estão em conformidade com o termo de referência, conforme descrito na tabela abaixo.

| LOTE II  |                                    |   |
|----------|------------------------------------|---|
| ITEM     | DESCRIÇÃO                          | RESULTADO DA ANÁLISE  |
| 001      | PINÇA CHERON 24CM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça solicitada foi a Cheron 25 cm.            |
| 016      | PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE) | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.              |
| 027      | PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE) | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22cm.         |
| 034      | PINÇA YASARGIL PARA TUMOR18 CM     | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling). |
| LOTE III |                                    |   |
| 001      | PINÇA CHERON 24CM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça Cheron é de 25 cm.                        |
| 016      | PINÇA HALSTEAD RETA 20 CM          | REPROVADO   |

CM Av. Presidente Castelo Branco, nº 3600, Centro, CEP - 62880-333, CNPJ: 23.555.196/0001-86 3336.6050







|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
|                 |   | Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.                                       |
| 027             | PINÇA KELLY CURVA 18 CM                             | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22 cm.                    |
| 031             | PINÇA WINTER 29 CM Nº2<br>RETA                      | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada foi a pinça Winter 27 cm.                     |
| 032             | PINÇA DESJARDINS 21 CM                              | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Desjardins 23 cm.                     |
| 036             | PINÇA YASARGIL PARA<br>TUMOR18 CM                   | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).             |
| <b>LOTE VII</b> |   |   |
| 002             | AFASTADOR BALFOUR<br>VÁLVULA CENTRAL 70X100<br>RETA | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição, conta as medidas do afastador que não estão descritas na proposta. |
| 005             | AFASTADOR FARABEUF 13<br>X 12,5 MM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 13 x 125 mm.    |
| 006             | AFASTADOR FARABEUF 17<br>X 20 MM                    | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 20 x 170 mm.    |
| 010             | AFASTADOR DEAVER 33MM<br>X 25CM                     | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 33cm     |
| 011             | AFASTADOR DEAVER 25MM<br>X 35CM                     | REPROVADO   |







**PREFEITURA DE  
HORIZONTE**  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



|     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
|     |                                | Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 36 cm.               |
| 012 | AFASTADOR DE AVER 32CM X 38 MM | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 38 mm x 30 cm  |
| 014 | AFASTADOR DE AVER 50MM X 30 CM | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 75 mm x 30 cm  |
| 015 | ESPÁTULA RIBBON 40MM X 33CM    | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 300 mm x 25 mm |

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente aos lotes 04, 06, e 11, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

A análise da Empresa X Medical e Clean LTDA referente ao lote 01, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope  
Direção Geral HMMVRS  
Mat. 011332-8  
SMS Horizonte - Ce



**PREFEITURA DE  
HORIZONTE**  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



**PREFEITURA DE HORIZONTE**  
**Secretaria de Saúde**  
**Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa**

Ofício nº 40/2022

Horizonte, 16 de Março de 2022.

À Senhora,  
**Francisca Jorangela Barbosa Almeida**  
Comissão de Permanente de Pregão

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente ao lote 07, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope  
Direção Geral HMVRS  
Direção Geral HMVRS  
Mat. 011332-8  
SMS Horizonte - Ce







**PREFEITURA DE**  
**HORIZONTE**  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



**PREFEITURA DE HORIZONTE**  
**Secretaria de Saúde**  
**Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa**

Ofício nº 47/2022

Horizonte, 24 de Março de 2022.

À Senhora,

**Francisca Jorangela Barbosa Almeida**  
**Comissão de Permanente de Pregão**

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente ao lote 09, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

  
Danielle Alves Calixto  
Direção Geral de MVS  
Mat. 011332-2  
SMS Horizonte - Ce







**PREFEITURA DE HORIZONTE**  
Secretaria de Saúde  
Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 32/2022

Horizonte, 15 de Março de 2022.

À Senhora,  
Francisca Jorangela Barbosa Almeida  
Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos LTDA, referentes aos lotes 02, 03 e 07, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, constam itens que não estão em conformidade com o termo de referencia, conforme descrito na tabela abaixo.

| LOTE II  |                                    |   |
|----------|------------------------------------|---|
| ITEM     | DESCRIÇÃO                          | RESULTADO DA ANÁLISE  |
| 001      | PINÇA CHERON 24CM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça solicitada foi a Cheron 25 cm.            |
| 016      | PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE) | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.              |
| 027      | PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE) | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22cm.         |
| 034      | PINÇA YASARGIL PARA TUMOR18 CM     | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling). |
| LOTE III |                                    |   |
| 001      | PINÇA CHERON 24CM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça Cheron é de 25 cm.                        |
| 016      | PINÇA HALSTEAD RETA 20             | REPROVADO   |

CM Av. Presidente Castelo Branco, nº 2609, Centro, CEP - 62880-333, CNPJ: 23.858.196/0001-06 ☎ 3136.6050







|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
|                 |   | Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.                                       |
| 027             | PINÇA KELLY CURVA 18 CM                             | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22 cm.                    |
| 031             | PINÇA WINTER 29 CM Nº2<br>RETA                      | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada foi a pinça Winter 27 cm.                     |
| 032             | PINÇA DESJARDINS 21 CM                              | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Desjardins 23 cm.                     |
| 036             | PINÇA YASARGIL PARA<br>TUMOR 18 CM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).             |
| <b>LOTE VII</b> |   |   |
| 002             | AFASTADOR BALFOUR<br>VÁLVULA CENTRAL 70X100<br>RETA | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição, conta as medidas do afastador que não estão descritas na proposta. |
| 005             | AFASTADOR FARABEU 13<br>X 12,5 MM                   | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 13 x 125 mm.    |
| 006             | AFASTADOR FARABEU 17<br>X 20 MM                     | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 20 x 170 mm.    |
| 010             | AFASTADOR DEAVER 33MM<br>X 25CM                     | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 33cm     |
| 011             | AFASTADOR DEAVER 25MM<br>X 35CM                     | REPROVADO   |





**PREFEITURA DE  
HORIZONTE  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**



|     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
|     |                                | Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 36 cm.               |
| 012 | AFASTADOR DE AVER 32CM X 38 MM | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 38 mm x 30 cm  |
| 014 | AFASTADOR DE AVER 50MM X 30 CM | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 75 mm x 30 cm  |
| 015 | ESPÁTULA RIBBON 40MM X 33CM    | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 300 mm x 25 mm |

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente aos lotes 04, 06, e 11, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

A análise da Empresa X Medical e Clean LTDA referente ao lote 01, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope  
Direção Geral HMVRS  
Mat. 011332-8  
SMS Horizonte - Co







**PREFEITURA DE  
HORIZONTE**  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



**PREFEITURA DE HORIZONTE**

Secretaria de Saúde

Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 38/2022

Horizonte, 16 de Março de 2022.

À Senhora,

Francisca Jorangela Barbosa Almeida

Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa MSB Comércio e representações, referente ao lote 10, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, está em conformidade com o termo de referência.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope

Direção Geral HMVRS

*Danielle Alves Caliope*  
Direção Geral HMVRS  
Mat. 011332-8  
SMS Horizonte - Ce

**PREFEITURA DE HORIZONTE**

Av. Presidente Castelo Branco, nº 3600, Centro, CEP - 62880-333, CNPJ: 23.555.196/0001-86 ☎ 3336.6050



PrefeituradeHorizonte



prefeitura.horizonte



www.horizonte.ce.gov.br





**PREFEITURA DE  
HORIZONTE  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**



**PREFEITURA DE HORIZONTE**

**Secretaria de Saúde**

**Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa**

**Ofício nº 39/2022**

**Horizonte, 16 de Março de 2022.**

**À Senhora,**

**Francisca Jorangela Barbosa Almeida**

**Comissão de Permanente de Pregão**

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa Cirúrgica Boa Vista Com. Ltda - ME, referente ao lote 09, está em conformidade com o termo de referência. Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, estão em conformidade com o termo de referência.

A análise técnica da proposta da Empresa Cirurtech Comércio e Manutenção de Materiais Cirúrgicos Ltda, referente aos lotes 02 e 03, estão em conformidade com o termo de referência. Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, estão em conformidade com o termo de referência.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope  
Direção Geral HMVRS  
MMS Horizonte - Ce  
1332-8







**PREFEITURA DE HORIZONTE**

Secretaria de Saúde

Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 32/2022

Horizonte, 15 de Março de 2022.

À Senhora,

**Francisca Jorangela Barbosa Almeida**

**Comissão de Permanente de Pregão**

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos LTDA, referentes aos lotes 02, 03 e 07, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, constam itens que não estão em conformidade com o termo de referencia, conforme descrito na tabela abaixo.

| LOTE II  |                                    |   |
|----------|------------------------------------|---|
| ITEM     | DESCRIÇÃO                          | RESULTADO DA ANÁLISE  |
| 001      | PINÇA CHERON 24CM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça solicitada foi a Cheron 25 cm.            |
| 016      | PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE) | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.              |
| 027      | PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE) | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22cm.         |
| 034      | PINÇA YASARGIL PARA TUMOR18 CM     | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling). |
| LOTE III |                                    |   |
| 001      | PINÇA CHERON 24CM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça Cheron é de 25 cm.                        |
| 016      | PINÇA HALSTEAD RETA 20 CM          | REPROVADO   |

CM Av. Presidente Castelo Branco, nº 3600, Centro, CEP - 62880-333, CNPJ: 23.555.196/0001-86 3336.6050







|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
|                 |   | Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.                                       |
| 027             | PINÇA KELLY CURVA 18 CM                       | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22 cm.                    |
| 031             | PINÇA WINTER 29 CM Nº2 RETA                   | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada foi a pinça Winter 27 cm.                     |
| 032             | PINÇA DESJARDINS 21 CM                        | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Desjardins 23 cm.                     |
| 036             | PINÇA YASARGIL PARA TUMOR 18 CM               | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).             |
| <b>LOTE VII</b> |   |   |
| 002             | AFASTADOR BALFOUR VÁLVULA CENTRAL 70X100 RETA | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição, conta as medidas do afastador que não estão descritas na proposta. |
| 005             | AFASTADOR FARABEU 13 X 12,5 MM                | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 13 x 125 mm.    |
| 006             | AFASTADOR FARABEU 17 X 20 MM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 20 x 170 mm.    |
| 010             | AFASTADOR DEEVER 33MM X 25CM                  | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 33cm     |
| 011             | AFASTADOR DEEVER 25MM X 35CM                  | REPROVADO   |







|     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
|     |                                | Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 36 cm.               |
| 012 | AFASTADOR DE AVER 32CM X 38 MM | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 38 mm x 30 cm  |
| 014 | AFASTADOR DE AVER 50MM X 30 CM | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 75 mm x 30 cm  |
| 015 | ESPÁTULA RIBBON 40MM X 33CM    | REPROVADO<br>Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 300 mm x 25 mm |

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente aos lotes 04, 06, e 11, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

A análise da Empresa X Medical e Clean LTDA referente ao lote 01, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope Caliope  
Direção Geral HMVRS  
Mat. 011332-8  
SMS Horizonte - Ce





**PREFEITURA DE  
HORIZONTE**  
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



**PREFEITURA DE HORIZONTE**  
**Secretaria de Saúde**  
**Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa**

Ofício nº 39/2022

Horizonte, 16 de Março de 2022.

À Senhora,  
**Francisca Jorangela Barbosa Almeida**  
**Comissão de Permanente de Pregão**

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da **Empresa Cirúrgica Boa Vista Com. Ltda - ME**, referente ao **lote 09**, está em conformidade com o termo de referência. Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, estão em conformidade com o termo de referência.

A análise técnica da proposta da Empresa Cirurtech Comércio e Manutenção de Materiais Cirúrgicos Ltda, referente aos lotes 02 e 03, estão em conformidade com o termo de referência. Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, estão em conformidade com o termo de referência.

Atenciosamente

  
Danielle Alves Caliope  
Direção Geral HMVRS  
1332-8  
SMS Horizonte - Ce

