



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão

Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida

Pregoeira

Assunto: ESCLARECIMENTOS REF. PE 2023.02.28.2-SR


Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS**, temos a informar que:

O edital solicita:

Item 410: PAS para DEA adulto (Eletrodo); Eletrodos multifunções para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada, estimulação cardíaca e monitoração de ECG. Eletrodo Descartável (Pa) Auto Adesivas p/ Cardioversor/Desfibrilador DEA compatível com aparelho CMOS DRAKE LIFE 400 Kt existente no centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa.

Item 411: PAS para DEA adulto (Eletrodo); Eletrodos multifunções para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada, estimulação cardíaca e monitoração de ECG. Eletrodo Descartável (Pa) Auto Adesivas p/ Cardioversor/Desfibrilador DEA compatível com aparelho CMOS DRAKE LIFE 400 já existente no centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Venancio Raimundo de Sousa.

Questionamos: Qual das duas conexões de Eletrodo é utilizada no DEA da CMOS DRAKE LIFE 400 utilizado na instituição do município de Horizonte/CE?



São utilizados os dois tipos de DEA da CMOS DRAKE LIFE 400.

Horizonte - CE, 26 de abril de 2023.


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão
Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira

Assunto: ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO EDITAL PE 2023.02.28.2-PE

Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **POLARFIX**, temos a informar que:

O edital solicita:

Item 237: COLETOR DESCARTAVEL PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE - confeccionado em material resistente a perfurações, impermeabilizado, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, tamanho 7 litros ou aproximado superior.

Questionamos: Em qual matéria prima deve ser fornecido?

Pode ser confeccionado com material papelão ondulado, ou outro com a mesma resistência.

Certos do atendimento, agradecemos à atenção dispensada.

Horizonte - CE, 26 de abril de 2023.


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde

*Recebido em
02/05/2023*


Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte

