



Comissão Permanente de Pregão Horizonte <pregao@horizonte.ce.gov.br>

Análise técnica itens 04 e 14-PE 2024.05.14.1

1 mensagem



Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

14 de junho de 2024 às 17:19

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>, Ana Claudia França Morais <anaclaudiafm@yahoo.com.br>

Srs Boa Tarde

Venho através deste solicitar apoio da unidade técnica quanto a análise da proposta adequada, catálogos e demais documentos complementares enviados para os **itens 04 e 14** referente ao Pregão Nº 2024.05.14.1-PE quanto às especificações técnicas.

Tendo em vista que para o item 04 o mesmo informa na Marca /Modelo como sendo Portatil. Dessa forma suspendi o julgamento para análise e apoio técnico do órgão. Conforme disposto no edital no item 9.8.8 onde cita:








A qualquer momento, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer, consultas, análises e verificações por parte de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Horizonte-CE ou da autoridade competente para fins de avaliação da conformidade do objeto cotado às especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Informo que o retorno da sessão está agendado para o dia 17/06/2024 às 9h

Atenciosamente;

Fca Jorangela Barbosa Almeida
Agente de Contratação/Pregoeira

7 anexos

-  PROPOSTA REALINHADA HORIZONTE PE 2024.05.14.1.pdf
407K
-  CATALOGO - NEVONI ATUALIZADO.pdf
146K
-  ANVISA - NEVONI 5005.pdf
82K
-  ANVISA DETECTOR CONTEC 10C.pdf
77K
-  CATALOGO DETECTOR FETAL CONTEC 10C.pdf
1014K
-  MANUAL DETECTOR FETAL CONTEC 10C.PDF
1259K
-  MANUAL NEVONI 5005.pdf
4837K

Ofício N° 248 /2024

Horizonte, 17 de junho de 2024

DESTINO: Setor de licitações e contratos.

ASSUNTO: Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1.

Prezado (a),

Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao **ITEM 04** (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.

Informo que para o **ITEM 14** (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmo ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.


ELIZAMARA SILVA S. LIMA
Enfermeira-COREN: 333.208

Elizamara Silva Saldanha Lima
Responsável Técnica – RT/APS
Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce
COREN 333.208

Janaina Mota da Rocha
Diretora de Atenção em Saúde



Janaina Mota da Rocha
Diretora de Atenção Primária em Saúde